

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	81401-21
Обозначение типа СИ	RGK CM
Наименование типа СИ	Клещи токоизмерительные
Заводской номер СИ	24013592
Модификация СИ	Клещи токоизмерительные RGK CM-16

Сведения о поверке

Наименование организации-поверителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО"(ООО «МЦК»)
Условный шифр знака поверки	ЕЛЫ
Владелец СИ	Юр. лицо
Тип поверки	Первичная
Дата поверки СИ	17.06.2026
Поверка действительна до	16.06.2028
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	РВНЕ.0007-2023 МП
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-ЕЛЫ/17-06-2026/534467557
Знак поверки в паспорте	Нет

Знак поверки на СИ	Нет
--------------------	-----

Средства поверки

Средства измерений, применяемые в качестве эталона

[35062.07.1P.00755266](#); [35062-07](#); [Калибраторы-измерители унифицированных сигналов эталонные](#); [ИКСУ-260](#); [ИКСУ-260](#); [3046403](#); [2022](#); [1P](#); [Эталон 1-го разряда](#); [Приказ Росстандарта № 2091 от 01.10.2018 г.](#)

[1796.63.3P.01324680](#); [1796-63](#); [Магазины емкостей](#); [P-544](#); [P-544](#); [1469](#); [1990](#); [3P](#); [Эталон 3-го разряда](#); [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ](#)

[4124.88.4P.01406991](#); [4124-88](#); [Меры-имитаторы](#); [P4085-M1](#); [P4085-M1](#); [212](#); [1990](#); [4P](#); [Эталон 4-го разряда](#); [Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока](#)

[2175.66.2P.01406992](#); [2175-66](#); [Магазины индуктивности](#); [P567](#); [P567](#); [390](#); [1985](#); [2P](#); [Эталон 2-го разряда](#); [ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений индуктивности](#)

[25985.09.РЭ.01480538](#); [25985-09](#); [Калибраторы универсальные](#); [9100](#), [9100E](#); [9100](#); [31910](#); [2013](#); [РЭ](#); [Рабочий эталон](#); [Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В](#)

[6332.77.4P.01483129](#); [6332-77](#); [Магазины сопротивления](#); [P4831](#); [P4831](#); [02497](#); [1988](#); [4P](#); [Эталон 4-го разряда](#); [Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 3456 от 30.12.2019](#)

[77236.20.РЭ.01502330](#); [77236-20](#); [Калибраторы универсальные](#); [H4-56](#); [-](#); [0020](#); [2022](#); [РЭ](#); [Рабочий эталон](#); [Раздел 13 КБИС.411182.001 РЭ](#)

Средства измерений, применяемые при поверке

[2102-65](#); [Секундомеры двухстрелочные 60-секундные](#); [0396687](#)

[69742-17](#); [Вольтметры универсальные](#); [TW00034489](#)

[53064-13](#); [Генераторы сигналов специальной формы](#); [NDG10GAD2R1398](#)

[74155-19](#); [Мегаомметры](#); [0415.23](#)

[82393-21](#); [Термогигрометры автономные](#); [31098](#)

Доп. сведения

Поверка в сокращенном объеме

Нет

Прочие сведения

Поверено с применением эталонов: ЕЛЫ.008, ЕЛЫ.009, ЕЛЫ.010, ЕЛЫ.011, ЕЛЫ.012, ЕЛЫ.013, ЕЛЫ.014, ЕЛЫ.015, ЕЛЫ.019, ЕЛЫ.020, ЕЛЫ.021, ЕЛЫ.022, ЕЛЫ.023, ЕЛЫ.024, ЕЛЫ.025, ЕЛЫ.026, ЕЛЫ.027. 2212/М

Заккрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
e-mail: fgis2@rst.gov.ru