



«Р У С Г Е О К О М»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридический адрес: 129327, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бабушкинский, ул. Коминтерна, д. 7, корп. 2
Почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, дом 7, к. 2
ИНН 7716540377 КПП 771601001 ОГРН 1057749697444
Тел./факс: + 7 (495) 604-00-00

Сертификат СДС «Невский регистр» № НР.РФ.001.МИКЛ00026 соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2005)

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ № КР26-03583

Дата калибровки: 18.05.2026 Серийный номер: 15052026rgku5960

Объект калибровки: Уровень строительный RGK U5960

Наименование, тип СИ

Заказчик: Поляков Максим Игоревич, ИНН 910223881466

наименование юридического (физического) лица

Наименование эталона(ов):

Линейка поверочная ШМ № 997, госреестр № 77237-20; Уровень брусковый 200 мм 0,02 мм/м № 17045619, госреестр № 36894-08; Набор шупов № 1, зав. номер 21, госреестр № 79706-20; 3.7.АЖБ.0001.2021; Прибор комбинированный Testo 622, зав. № 39544603/1024, Госреестр № 53505-13; Угольник поверочный УП 630x400, зав. № 21845548049, госреестр № 78345-20

Методика калибровки: МК0110-2024

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможно с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.

Условия калибровки:

температура окружающей среды 21 °С, относительная влажность 57 %, атмосферное давление 746 мм рт. ст.

Условия окружающей среды и другие влияющие факторы

Результаты калибровки:

Наименование	Результат калибровки*	Примечание
Уровень строительный RGK U5960	соотв.	-

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: МК0110-2024

Дополнительная информация:

по результатам метрологической аттестации признано пригодным к применению в качестве средства измерения отклонений поверхностей от вертикального и горизонтального положения.

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев



Клеймо калибровочное

Подпись лица, выполнившего калибровку

Подпись

Борисевич В.А., калибровщик
ФИО и должность

18.05.2026

Дата выдачи